



Chorzów, dnia 04.12.2018 r.

SP ZOZ ZSM/ZP/ 103.1 /2018

**Dotyczy:** „Dzierżawa analizatora mikrobiologicznego do posiewów krwi i płynów ustrojowych wraz z dostawą podłoży do posiewów krwi dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich, ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie SP ZOZ ZSM/ZP/103/2018”

## SZANOWNI WYKONAWCY

Informujemy, że w trakcie przetargu na zadanie pt. **„Dzierżawa analizatora mikrobiologicznego do posiewów krwi i płynów ustrojowych wraz z dostawą podłoży do posiewów krwi dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich, ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie SP ZOZ ZSM/ZP/103/2018** do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

### **Pytanie 1.** Dotyczy rozdziału 7 SIWZ pkt. 7.3

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie wadium wniesionego w formie gwarancji ubezpieczeniowej, w jednej przesyłce kurierskiej lecz osobnej kopercie do Biura Podawczego na adres szpitala?*

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

### **Pytanie 2.** §6 ust. 1 lit. d Umowy - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

*„W przypadku gdy awaria nie zostanie usunięta w terminie wskazanym w ppkt c) Wykonawca pokryje różnicę poniesionych kosztów wynikającą z badań, które Zamawiający będzie musiał wykonać (sam lub zlecić) w sytuacji awarii Analizatora do czasu dostarczenia Analizatora zapasowego, a ceną odczynnika określoną w umowie. W przypadku zlecenia badań Wykonawca pokrywa także koszty transportu materiału.”?*

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

### **Pytanie 3.** §6 ust. 1 lit. E Umowy - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

*„W przypadku, kiedy naprawa nie zostanie dokonana w terminie 72 godzin w dni robocze od daty zgłoszenia awarii, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i zainstalowania w ciągu następujących 48 godzin w dni robocze Analizatora zapasowego posiadającego co najmniej taki sam zakres badań jak Analizator. Analizator zapasowy będzie kompatybilny z materiałami eksploatacyjnymi ujętymi w zał. nr 3.”?*

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę jednocześnie modyfikuje zapisy Umowy j.n:**

- e) W przypadku, kiedy naprawa nie zostanie dokonana w terminie 72 godzin w dni robocze od daty zgłoszenia awarii, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i zainstalowania w ciągu następujących **24 48 godzin w dni robocze** Analizatora zapasowego posiadającego co najmniej taki sam zakres badań jak Analizator. Analizator zapasowy będzie kompatybilny z materiałami eksploatacyjnymi ujętymi w zał. nr 3.



**Pytanie 4** §6 ust. 1 lit. K Umowy – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

*„Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości bezpośredniego telefonicznego kontaktu z serwisantem przez 7 dni w tygodniu w godzinach 6:00 – 23:00 pod numerem telefonu ..... (bez konieczności łączenia się z centralą firmy itp.)”?*

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę jednocześnie modyfikuje zapisy §6 ust. 1 lit. K Umowy j.n:**

k) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości bezpośredniego telefonicznego kontaktu z serwisantem przez 7 dni w tygodniu **24 h (Dopuszcza się w godzinach 6:00 – 23:00)** pod numerem telefonu ..... (bez konieczności łączenia się z centralą firmy itp.)

**Pytanie 5.** §10 ust. 6 Umowy – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

*„Wszelkie reklamacje jakościowe zgłoszone będą w ciągu 3 dni roboczych od powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu takiego faktu.*

*Wyroby wadliwe, będą wymieniane przez Wykonawcę w ciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia o wadzie. Dostarczenie nowego towaru nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy”.*

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę jednocześnie modyfikuje zapisy §10 ust. 6 Umowy j.n:**

6. Wszelkie reklamacje jakościowe zgłoszone będą w ciągu 3 dni roboczych od powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu takiego faktu.

Wyroby wadliwe, będą wymieniane przez Wykonawcę w ciągu **3 5** dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia o wadzie. Dostarczenie nowego towaru nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

**Pytanie 6.** Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ pozycja 1

*Czy Zamawiający wymaga zaoferowania podłoży z inhibitorem antybiotyków do hodowli bakterii i grzybów w warunkach tlenowych, do hodowli bakterii w warunkach beztlenowych oraz zaoferowania podłoży tzw. pediatrycznych tlenowych?*

**Odp. Tak, Zamawiający wymaga.**

**Pytanie 7.** Dotyczy Załącznika nr 3 punkt 20

*Czy Zamawiający wymaga, aby wizualny odczyt preinkubowanej próbki był jednoznaczny, nie budzący wątpliwości, że mamy do czynienia z próbą dodatnią i nie zależał od ewentualnych zmian wyglądu samego materiału badanego dodawanego do podłoża?*

**Odp. Tak, Zamawiający wymaga.**

**Pytanie 8.** Załącznik nr 3 - Czy Zamawiający może dokończyć zdanie określające wymóg w pozycji 21?

**Odp. „Możliwość wyłączenia pojedynczej celi w przypadku jej awarii oraz możliwość zaprogramowania pojedynczej celi hodowlanej na dowolny czas inkubacji w zależności od potrzeb.”**



**Pytanie 9.** Załącznik nr 3 - Czy Zamawiający wykreśli pozycję 22 a tym samym odstąpi od przyznania punktów za dodatkowy rodzaj butelek?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie pkt. 22 z zał. Nr 3 do SIWZ zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 3. Zamawiający dokonuje jednocześnie zmiany pkt. 13. II Kryterium ocena techniczna zgodnie z zapisami poniżej:**

L.p.	Parametr	Liczba punktów	Parametr oferowany przez Wykonawcę
1.	Butelki nietłukliwe z tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia mechaniczne	TAK – <del>8 pkt.</del> <b>15 pkt.</b> NIE – 0 pkt.	TAK/NIE
2.	Wizualna wyraźna ocena wzrostu drobnoustrojów w podłożu na podstawie zmiany zabarwienia po preinkubacji butelki, przed włożeniem jej do Analizatora	Tak – <del>6 pkt.</del> <b>10 pkt.</b> Nie – 0	TAK/NIE
3.	Możliwość wyłączenia pojedynczej celi w przypadku jej awarii oraz możliwość zaprogramowania pojedynczej celi hodowlanej na dowolny czas inkubacji w zależności od potrzeby diagnostycznej i zlecenia lekarza	Tak – <del>8 pkt.</del> <b>15 pkt.</b> Nie – 0	TAK/NIE
<del>4.</del>	<del>Hodowla grzybów w oddzielnym podłożu</del>	<del>TAK – 8 pkt.</del> <del>NIE – 0 pkt.</del>	<del>TAK/NIE</del>
<del>5.</del>	<del>Dostępność 48-godzinne opóźnienia butelek z inaktywatorem antybiotyków do aparatu bez uszczerbku dla wykrywalności drobnoustrojów po przechowywaniu w temperaturze pokojowej (na potwierdzenie dokument producenta zgodnie z pkt 5.3 c) SIWZ)</del>	<del>TAK – 10 pkt.</del> <del>NIE – 0 pkt.</del>	<del>TAK/NIE</del>

**Pytanie 10.** Załącznik nr 3, poz. 23 Czy Zamawiający wykreśli pozycję 23 a tym samym odstąpi od przyznania punktów za „Dostępność 48-godzinne opóźnienia wkładania butelek (...)”.

**Odp. Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie pkt. 23 z zał. Nr 3 do SIWZ zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 3. Zamawiający dokonuje jednocześnie zmiany pkt. 13. II Kryterium ocena techniczna zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9.**

**Pytanie 11** dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – Podłoża do posiewów krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierzwą analizatora

*Czy Zamawiający wymaga aby podłoża do posiewów krwi i płynów ustrojowych oraz aparat pochodziły do jednego producenta?*

**Odp. Tak, Zamawiający wymaga aby aparat oraz podłoża do posiewów krwi i płynów ustrojowych pochodziły od jednego producenta.**



**Pytanie nr 12**, dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – Podłoża do posiewów krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą analizatora – pkt. 1 - Podłoża z inhibitorem antybiotyków do hodowli w warunkach tlenowych i grzybów, beztlenowych i podłoża tzw. pediatryczne

*Czy Zamawiający dopuści wpisanie dodatkowo numeru katalogowego podłoża do hodowli grzybów na oddzielnym podłożu, jeżeli Zamawiający punktuje takie rozwiązanie?*

**ODP. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 13** dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – Podłoża do posiewów krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą analizatora – pkt. 2 Substancja wzbogacająca dodatkowo podłoże przy pobieraniu małych ilości płynów ustrojowych

*Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany suplement miał oznakowanie CE IVD zgodnie z Dyrektywą 98/79/EC dla wyrobów medycznych do diagnostyki in-vitro?*

**ODP. Zamawiający nie wymaga oznakowania CE IVD w zaoferowanych suplementach.**

**Pytanie nr 14** dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – Podłoża do posiewów krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą analizatora – pkt. 2 Substancja wzbogacająca dodatkowo podłoże przy pobieraniu małych ilości płynów ustrojowych

*Czy Zamawiający wymaga aby suplement był zwalidowany przez producenta z oferowanymi podłożami?*

**Odp. Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie nr 15** dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – Wymagania techniczne – warunki graniczne i pożądane - pkt. 9 – Komputer wbudowany z oprogramowaniem w wersji graficznej / minimum rejestracja i wprowadzanie prób, podgląd prób – tworzenie zestawień i ich wydruk, podgląd wykresu próby w trakcie wzrostu

*Czy Zamawiający dopuści aparat o budowie modułowej z graficznym interfejsem, kolorowym wyświetlaczem i ekranem dotykowym z możliwością rejestracji i wprowadzania prób, podglądem prób – tworzeniem zestawień i ich wydrukiem, podglądem wykresu próby w trakcie wzrostu?*

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 16** dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – Wymagania techniczne – warunki graniczne i pożądane - pkt. 12 - Dwukierunkowa transmisja danych i komunikacja z systemem informatycznym do obsługi laboratorium mikrobiologicznego umożliwiająca przesyłanie danych o próbkę i danych demograficznych pacjenta zarejestrowanych w stacji roboczej LIS do aparatu i zwrótnie przesyłanie wyniku badania z aparatu do LIS.

*Zwracamy się z prośbą o podanie systemu informatycznego LIS, który znajduje się w Państwa Szpitalu?*

**Odp. Systemem posiadanym przez Zamawiającego jest Infomedica**



**Pytanie nr 17** dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – Wymagania techniczne – warunki graniczne i požądane - pkt. 17 – Butelki z podłożem, w którym znajduje się inhibitor antybiotyków

*Czy Zamawiający dopuści iż Oferent posiadający butelki z selektywnym podłożem do hodowli grzybów nie posiada w tym podłożu inhibitora antybiotyków?*

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 18** dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – Wymagania techniczne – warunki graniczne i požądane - pkt. 23 - Dostępność 48- godzinnego opóźnienia wkładania butelek z inaktywatorem antybiotyków do aparatu bez uszczerbku dla wykrywalności drobnoustrojów po przechowywaniu w temperaturze pokojowej

*Zwracamy się z prośbą o wykreślenie punktowanego parametru dotyczącego dostępności 48-godzinnego opóźnienia wkładania butelek z inaktywatorem antybiotyków do aparatu bez uszczerbku dla wykrywalności drobnoustrojów po przechowywaniu w temperaturze pokojowej.*

*Zarówno krajowe, jak i światowe zalecenia dotyczące posiewów krwi, a także wszyscy producenci podłoży i aparatów służących do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych zalecają aby butelkę z posianym materiałem jak najszybciej wstawić do aparatu. Zasadą posiewu krwi jest dołożenie wszelkich starań mających na celu uzyskanie jak najszybciej informacji z aparatu o butelce dodatkowo. Z tego powodu czas jaki upływa od pobrania materiału do momentu włożenia butelki do aparatu, powinien być jak najkrótszy.*

**Odp. Zamawiający wykreśla poz. 23 z zał. 3, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 10.**

**Pytanie nr 19** dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – Wymagania techniczne – warunki graniczne i požądane - pkt. 26 - Czas dostarczenia analizatora od dnia podpisania umowy wynosi 2 tygodnie

*Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w zapisu na „Czas dostarczenia analizatora oraz przeszkolenia personelu od dnia podpisania umowy wynosi 4 tygodnie”.*

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu na dostarczenie analizatora z 2 tyg. na 4 tyg. Jednocześnie modyfikuje zapisy pkt. 8 Formularza ofertowego :**

*„8.Analizator niezbędny do wykonania badań zobowiązujemy się dostarczyć, zainstalować oraz uruchomić i przekazać do eksploatacji wraz z urządzeniami dodatkowymi w terminie **2 4 tygodni** od dnia zawarcia umowy”.*

**Pytanie nr 20** dotyczy §6 ust. 1.b). wzoru umowy.

*Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów umownych i przesyłania zawiadomień o nieprawidłowym funkcjonowaniu poprzez e-mail.*

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapisy umowy w zakresie § 6 ust.1.b jak niżej:**

## § 6

### Obsługa Serwisowa

1. Obsługa serwisowa Analizatora:



- a) Wykonawca zobowiązuje się w ramach zaferowanej ceny brutto do naprawy Analizatora w taki sposób, by po naprawie Analizator prawidłowo funkcjonował w zakresie wszelkich wymaganych funkcji.
- b) Zgłoszenia nieprawidłowego funkcjonowania Analizatora, Zamawiający dokonuje na piśmie przesłanym do Wykonawcy faksem **lub poprzez e-mail**.

**Pytanie nr 21** dotyczy §6 ust. 1.c). wzoru umowy.

*Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania naprawy do 4 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia nowych elementów do 7 dni roboczych.*

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dokonania naprawy do 4 dni oraz do 7 dni w przypadku konieczności sprowadzenia nowych elementów zgodnie z zapisem §6 ust. 1.c) zyskuje brzmienie :**

Naprawa powinna być wykonana w terminie **do 4 dni roboczych** od chwili otrzymania zgłoszenia, a w przypadku, gdy naprawa wymaga sprowadzenia nowych elementów w terminie **do 7 dni roboczych** od dnia otrzymania zgłoszenia, **pod warunkiem dostarczenia aparatu zastępczego.**

**Pytanie nr 22** dotyczy §6 ust. 1.e). wzoru umowy.

*Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu przewidzianego na dostarczenie i uruchomienie aparatu zastępczego do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, w przypadku niewykonania naprawy*

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Patrz odpowiedź na pytanie 3.**

**Pytanie nr 23** dotyczy §6 ust. 1.i). wzoru umowy.

*Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów wzoru umowy na „maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu uprawniają do wymiany danego podzespołu (wchodzącego w skład Analizatora) na nowy.*

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę jednocześnie modyfikuje zapisy umowy w zakresie §6 ust. 1.i), który otrzymuje brzmienie:**

- i) Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu uprawniają do wymiany danego urządzenia **podzespołu** (wchodzącego w skład **Analizatora**) na nowy.

**Pytanie nr 24, dotyczy §6 ust. 1.j). wzoru umowy.**

*Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu na : „...Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, wypowiedzenia lub rozwiązania – nie dotyczy w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego.”*

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę i jednocześnie modyfikuje zapisy umowy w zakresie §6 ust. 1.j), który otrzymuje brzmienie:**

- j) Jeżeli Wykonawca nie usunie awarii poprzez naprawę lub wymianę urządzeń w ciągu 10 dni roboczych od zgłoszenia awarii, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, wypowiedzenia lub rozwiązania umowy – **nie dotyczy w przypadku dostarczenia aparatu zastępczego.**

**Pytanie nr 25, dotyczy pkt. 1 Formularza oferty.**



Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy wiersz nr 1 w tabeli podsumowującej ceny Wykonawca powinien pozostawić pusty bądź wpisać „nie dotyczy”? Ewentualnie prosimy o modyfikację formularza ofertowego i wykreślenie w/w wiersza.

**Odp. Zamawiający wyjaśnia, wiersz 1 określa cenę dzierżawy za 1 miesiąc. W wierszu 2 Wykonawca powinien określić koszty dzierżawy analizatora za cały okres trwania umowy. Wiersz 3 określa cenę odczynników, przez cały okres realizacji umowy. Wykonawca powinien zsumować wiersz 2 i 3.**

**Pytanie nr 26, dotyczy pkt. 15 Formularza ofertowego oraz opis pod tabelą zał. Nr 2 do SIWZ, pkt. 2.9 SIWZ.**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w ww. Punktach nie nastąpił błąd i Zamawiający miał na myśli „w chwili dostarczenia odczynników będą posiadać 3/5 terminu ważności liczonego od dnia produkcji”.

**Odp. Zamawiający potwierdza zapisy pkt 15 Formularza Ofertowego, że odczynniki powinny posiadać 3/5 terminu ważności liczone od daty dostarczenia ich do Zamawiającego.**

**Pytanie nr 27, dotyczy pkt. 39 Opisu przedmiotu Zamówienia.**

Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie parametrów również innymi dokumentami np. instrukcją obsługi? Folder jest krótkim opisem, w którym nie muszą znajdować się bardzo dokładne informacje na temat sprzętu.

**Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość potwierdzenia parametrów przedmiotu zamówienia instrukcją obsługi.**

**Zamawiający postanawia przesunąć terminy:**

**otwarcia ofert z 05.12.2018 r. godz. 11:30 (składanie ofert do godz. 10:00)**

**na 07.12.2018 r. godz. 11:30 (składanie ofert do godz. 10:00)**

Z poważaniem

PRZEWODNICZĄCY  
*Magdalena Gajewska*

Otrzymali:

- 1) <http://zsm.com.pl/>
- 2) a/a