



Chorzów, dnia 24.09.2018 r.

SP ZOZ ZSM/ZP/85.2/2018

SZANOWNI WYKONAWCY

Dotyczy: „Dostawa odczynników chemicznych wraz z akcesoriami dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Władysława Truchana 7 (2)” Numer postępowania: SP ZOZ ZSM/ZP/85/2018.

Informujemy, że w trakcie przetargu na zadanie pt. „Dostawa odczynników chemicznych wraz z akcesoriami dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Władysława Truchana 7 (2)” Numer postępowania: SP ZOZ ZSM/ZP/85/2018 do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1 :

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści formularza ofertowego w punkcie 11 oraz umowy w punkcie 1 a) dotyczących terminu dostawy w zakresie Pakietu nr 2? Kontrola zewnątrz laboratoryjna międzynarodowa jest usługą, do której dostawy materiału następują zgodnie z harmonogramem kontroli. Dostawy są realizowane w różnych okresach w roku dostosowanych do programów zawartych w formularzu cenowym. Wobec tego terminy dostaw określone przez Zamawiającego nie mają zastosowania. Zapewniamy, że pozostałe warunki określone w załączniku cenowym pozostają bez zmian. Wobec powyższego prosimy Zamawiającego o zmianę treści formularza ofertowego oraz umowy w zakresie pakietu nr 2 na: „termin dostawy zgodnie z harmonogramem kontroli

Odp. Zamawiający modyfikuje w zakresie pakietu nr 2 formularz ofertowy w pkt. 11 zgodnie z poniższym:

11. Oświadczamy, iż dostawa przedmiotu zamówienia będzie miała miejsce w terminie dni (maksymalnie 5 dni) roboczych (tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zamówienia, a w zakresie pakietu nr 2 termin dostawy odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem kontroli. (W przypadku nie uzupełnienia Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca oferuje 5 dni roboczych). Zamawiany towar, będzie dostarczany bezpośrednio do Laboratorium Analitycznego, Pracowni Mikrobiologicznej lub Apteki Szpitalnej SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich (ul. Władysława Truchana 7, Chorzów).

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje § 3 pkt. 1 a) umowy zgodnie z treścią poniżej:

1. Realizacja dostaw dla poszczególnych zadań odbywać się będzie zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego.
- a) Zamówienia będą zgłaszane telefonicznie lub faksem z terminem dostawy dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), a w zakresie pakietu nr 2 termin dostawy odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem kontroli. Zamówienia telefoniczne potwierdzone będą przekazem faksowym.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje również modyfikacji ogłoszenia o zamówieniu oraz pkt. 13 SIWZ tj. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY zgodnie z poniższą treścią:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu przetargowym przy ocenie ofert będzie stosował procedurę określoną w art. 24aa UPZP.

13.1. Przy wyborze i ocenie oferty we wszystkich pakietach z wyłączeniem pakietu 2 - Zestawy do kontroli parametrów i aparatów (1) Zamawiający będzie się kierował wyłącznie następującymi



kryteriami:

- Cena oferty 60 %
- Termin dostawy 40 %

Kryterium cena

Ocena kryterium zostanie obliczona wg wzoru

$$\frac{C_n}{C_b} \times 60 = P_c$$

gdzie:

P_c punkty otrzymane za cenę

C_n cena najniższej oferty

C_b cena badanej oferty

Oferta w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 60 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej.

Kryterium terminu dostawy

Ocena kryterium zostanie obliczona wg wzoru

$$\frac{T_n}{T_b} \times 40 = P_t$$

gdzie:

P_t punkty otrzymane za kryterium termin dostawy

T_n oferta z najkrótszym terminem dostaw

T_b termin dostawy badanej oferty (minimalny termin dostawy wynosi 1 dzień, maksymalny termin wskazano w SIWZ punkt 3.3 oraz w zał. nr 1 do SIWZ pkt 11)

Oferta w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 40 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej.

Ocenę końcową oferty stanowić będzie suma punktów poszczególnych kryteriów obliczonych zgodnie z poniższym wzorem:

$$P_c + P_t = \text{Ocena końcowa oferty}$$

Przetarg (w zakresie wszystkich pakietów z wyłączeniem pakietu 2) wygra Wykonawca, który otrzyma największą ilość punktów w ocenie końcowej oferty.

13.2. Przy wyborze i ocenie oferty w pakiecie 2 - Zestawy do kontroli parametrów i aparatów (1) Zamawiający będzie się kierować wyłącznie następującymi kryteriami:

- Cena oferty 100 %

Kryterium cena

Ocena kryterium zostanie obliczona wg wzoru

$$\frac{C_n}{C_b} \times 100 = P_c$$

gdzie:

P_c punkty otrzymane za cenę

C_n cena najniższej oferty

C_b cena badanej oferty

Oferta w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 100 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej.

Przetarg (w zakresie pakietu 2) wygra Wykonawca, który otrzyma największą ilość punktów.

Pytanie 2 dotyczy pakietu 12., pozycja 2.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania testu o czułość 86% i specyficzność 94%?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 3. dotyczy pakietu 12, pozycja 4. i 5.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wymaga aby testy posiadały kontrolę na kasetce czy też kontrolę zewnętrzną?

Odp. Kontrola może być na kasetce.

Pytanie 4. dotyczy pakietu 12, pozycja 6.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania próbówki z buforem z zakraplaczem jako spełnienie mikropipety?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5., dotyczy pakietu 12, pozycja 7.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania próbówki ekstrakcyjnej z buforem z zakraplaczem jako spełnienie mikropipety?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6., dotyczy pakietu 12, pozycja 7.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania kontroli pozytywnej jako osobny nr kat pochodzący od tego samego producenta?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7., dotyczy pakietu 12., pozycja 7.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga wymazówek w zestawie?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 8., dotyczy pakietu 12., pozycja 7.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania testu o parametrach czułości i swoistości zgodnie z załączoną metodyką?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 9., dotyczy pakietu 12., pozycja 8.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania testu o czułości 81% i swoistości 97,5%?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10., Pakiet 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści nożyki jednorazowe do testów skórnych punktowych, sterylne, wykonane z e stali nierdzewnej, z ostrzem 0,9mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA DYREKTORA
DZIAŁU ZAMÓWIENIA
dr n. med. Henryk Koniak

Otrzymali:

- 1) <http://zsm.com.pl/>
- 2) a/a