



CERTYFIKAT
ISO 9001:2008



SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
tel. (032) 3499115, faks (032) 2413952
NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410
Dział Zamówień Publicznych
tel. (032) 3499-298, faks (032) 3499-299
po godz. 15⁰⁰ faks (032) 3499119
e-mail: zp@zsm.com.pl., <http://www.zsm.com.pl>

SP ZOZ ZSM / ZP/230/17.1 /2017

Chorzów, dnia 17.05.2017r.

Szanowni Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pod nazwą: „Zakup i dostawy odczynników oraz niezbędnych materiałów zużywalnych kalibratorów i kontroli wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu do automatycznej oceny parametrów fizykochemicznych oraz elementów upostaciowanych moczu, dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie”.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie informuje, że jeden z Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej w złotych równowartość kwoty 209 000 euro zwrócił się do zamawiającego z prośbą o udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Zamawiający przytacza poniżej treść pytania oraz udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuści analizator, który nie posiada specjalnej pozycji na próbki „cito”, ale umożliwia wstawienie próbki „cito” w dowolnym czasie pracy aparatu?

Odpowiedź nr 1: Tak. Zamawiający dopuści analizator, który nie posiada specjalnej pozycji na próbki „cito”, ale umożliwia wstawienie próbki „cito” w dowolnym czasie pracy aparatu.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dopuści analizator z intuicyjnym oprogramowaniem w języku angielskim? Oprogramowanie umożliwia zdefiniowanie nazw dla poszczególnych parametrów zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w tym w języku polskim.

Odpowiedź nr 2: Tak. Zamawiający dopuści analizator z intuicyjnym oprogramowaniem w języku angielskim.

Z poważaniem

DYREKTOR
SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich
mgr Anna Knysok