



CERTYFIKAT

ISO 9001:2008



SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH

ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów

tel. (032) 3499115, faks (032) 2413952

NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410

Dział Zamówień Publicznych

tel. (032) 3499-298, faks (032) 3499-299

po godz. 15⁰⁰ faks (032) 3499119

e-mail: zp@zsm.com.pl, <http://www.zsm.com.pl>

SP ZOZ ZSM / ZP/230/35A.1/2014

Chorzów, dnia 01.12.2014r.

Szanowni Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartość kwoty 207 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: **„Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla SPZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na części”.**

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca zadał pytanie. Zamawiający przytacza poniżej treść i udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1: części zamówienia **nr 16 poz. 2** – Czy Zamawiający dopuści elektrody neutralne jednorazowego użytku opisane w tym pakiecie pakowane w saszetkach zabezpieczających elektrody przed przesuszeniem po 5 sztuk. Każda saszetka wyposażona jest w naklejki gotowe do wklejania do protokołu pacjenta. W opakowaniu handlowym znajduje się 100 sztuk elektrod (20 saszetek).

Odpowiedź nr 1: Zamawiający oczekuje złożenia oferty przetargowej zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2: części zamówienia nr 3 – Czy Zamawiający dopuści worki jednorazowe VacSax z bezpłatnym wyposażeniem przez Oferenta oddziałów szpitala w potrzebne kanistry itd.? Prosimy o podanie zapotrzebowania szpitala na kanistry (pojemniki wielorazowe).

Odpowiedź nr 2: Zamawiający oczekuje dostawy asortymentu opisanego i zgodnego ze SIWZ.

Pytanie nr 3: część zamówienia nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy zakładany przez szyję wiązany w pasie?

Odpowiedź nr 3: Zamawiający dopuszcza dostawę w zakresie części zamówienia nr 1 poz. 1 fartucha foliowego zakładanego przez szyję i wiązanego w pasie.

Pytanie nr 4: część zamówienia nr 1, pozycja 4, 6

Czy Zamawiający dopuści czepki typu „furażerka” z trokami, głęboki, część przednia po wywinieciu tworzy dodatkową warstwę stanowiącą zabezpieczenie przed potem, wykonany z włókniny wiskozowej, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź nr 4: Zamawiający oczekuje dostawy asortymentu opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 5: część zamówienia nr 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw ochronny przeciw AIDS z fartuchem wykonanym z włókniny typu SSMMS oraz z pokrowcami na buty wykonanymi z polietylenu o gramaturze 40g/m² w rozmiarze 38,5x17cm, pozostały skład zestawu bez zmian?

Odpowiedź nr 5: Zamawiający oczekuje złożenia oferty przetargowej zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6: część zamówienia nr 14, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SSMMS, odporności na przenikanie cieczy 40,5cm H₂O, wytrzymałości na rozerwanie 160kPa na sucho, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź nr 6: Zamawiający oczekuje złożenia oferty przetargowej zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7: część zamówienia nr 14, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SSMMS o gramaturze 45g/m² z wzmocnieniami o gramaturze 28g/m², odporności na przenikanie cieczy 40,5cm H₂O, wytrzymałości na rozerwanie 160kPa na sucho, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź nr 7: Zamawiający oczekuje złożenia oferty przetargowej zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8: część zamówienia nr 1, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha wykonanego z włókniny spunbound.

Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odpowiedź nr 8: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha wykonanego z włókniny „spunbound” w części zamówienia nr 1 poz. 2.

Pytanie nr 9: część zamówienia nr 1, poz. 4,5,6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka uniwersalnego o kroju furażerki wiązanego na troki wykonanego w części bocznej z wzmocnionej włókniny pochłaniającej pot, w części górnej z przewiewnej warstwy polipropylenu.

Odpowiedź nr 9: Zamawiający oczekuje zaoferowania i późniejszej dostawy asortymentu opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 10: część zamówienia nr 1

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania na opakowaniu jednostkowym etykiety z informacją jak na opakowaniu zbiorczym (nazwa produktu, nazwa producenta, skład).

Odpowiedź nr 10: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 11: Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy §5 ust. 6A o treści:

„Dopuszczalne jest również dołączenie do dostawy – zamiast faktury – dokumentu WZ, na którym będą wypełnione wszystkie pola łącznie z ceną jednostkową brutto i wartością pod warunkiem wysłania faktury w ciągu 24 godzin pocztą kurierską od daty dostarczenia towaru.”

Odpowiedź nr 11: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ i projektu umowy w powyższym zakresie.

Pytanie nr 12: dotyczy części zamówienia nr 14, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści zestaw ochronny z czepkiem typu furażerka wiązany na troki oraz z pokrowcami foliowymi w składzie przy pozostawieniu pozostałych wymogów SIWZ bez zmian?

Odpowiedź nr 12: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu ochronnego z czepkiem typu furażerka wiązany na troki oraz z pokrowcami foliowymi w składzie przy pozostawieniu pozostałych wymogów SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 13: dotyczy części zamówienia nr 14, poz. 2, 3. Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 35g/m² przy pozostawieniu pozostałych wymogów SIWZ bez zmian?

Odpowiedź nr 13: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w ofercie przetargowej fartucha o gramaturze 35g/m² przy pozostawieniu pozostałych parametrów ujętych w SIWZ bez zmian.