



CERTYFIKAT

ISO 9001:2008



SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
tel. (032) 3499115, faks (032) 2413952
NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410
Dział Zamówień Publicznych
tel. (032) 3499-298, faks (032) 3499-299
po godz. 15⁰⁰ faks (032) 3499119
e-mail: zp@zsm.com.pl, <http://www.zsm.com.pl>

SP ZOZ ZSM / ZP/230/31.2/2015

Chorzów, dnia 14.09.2014r.

Szanowni Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej w złotych równowartość kwoty 207 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: „**Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na części**”.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca w dniu 04.09.2015r. zadał pytania, co do których udzielono niepełnych odpowiedzi. Zamawiający przytacza poniżej treść pytań i udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 131: dotyczy części zamówienie nr 1.19 – Rękawice diagnostyczne i foliowe – Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitylowe o AQL 1,0? Rękawice o poziomie AQL 1,0 gwarantują wyższą jakość, lepszą szczelność a zarazem są bardziej bezpieczne. Im niższy poziom AQL tym mniejsza ilość wadliwych wyrobów w przebadanej serii.

Czy Zamawiający dopuści załączenie badań na przenikanie cytostatyków wg europejskiej normy EN374-3?

Odpowiedź nr 131: Zamawiający oczekuje dostawy rękawiczek diagnostycznych opisanych w SIWZ, przy czym dopuszcza możliwość zaferowania rękawic odpornych na przenikanie 9 cytostatyków zgodnie z normą ASTM D 6978-05 i nie wyraża zgody na zaferowanie rękawic spełniających wyłącznie normę EN374-3.

Odpowiedzi na pytania dotyczące różnych zagadnień związanych z asortymentem dostępnym na rynku zostały opublikowane na stronie internetowej w piśmie o symb. SP ZOZ ZSM / ZP/230/31.1/2015 m.in. odpowiedź nr 4.

Pytanie nr 132: dotyczy części zamówienie nr 1.19 – Rękawice diagnostyczne i foliowe – Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści załączenie do oferty dokumentu ISO9001 zamiast fabrycznego oznakowania na opakowaniu?

Odpowiedź nr 132: Zamawiający udzielił odpowiedzi na niniejsze pytanie w piśmie o symb. SP ZOZ ZSM / ZP/230/31.1/2015 – odpowiedź nr 1 cyt. „Zamawiający odstępuje od wymogu umieszczania na fabrycznym opakowaniu rękawic diagnostycznych winylowych opisanych w pozycji 2 części zamówienia nr 1.19 oznaczenia potwierdzającego spełnienie przez producenta wymogów wynikających z norm ISO 9001, przy jednoczesnym wymaganiu złożenia wraz z ofertą przetargową odpowiedniego certyfikatu, z którego treści będzie wynikać wdrożenie systemu ISO 9001”.

Pytanie 133: dotyczy części zamówienie nr 1.19 – Rękawice diagnostyczne i foliowe – Pozycja 3

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści rękawice diagnostyczne, niejałowe, lateksowe, bezpudrowe, teksturowane, jednorazowego użytku, w kolorze niebieskim. Rozmiar S, M, L. Długość min. 300mm. Zawartość protein < 30µg/g.

Grubość pojedynczej ścianki palca min. 0,37mm. Posiadające badania na przenikanie związków chemicznych.

Op a' 50szt. (z odpowiednim przeliczeniem ilości)?

Odpowiedź nr 133: Zamawiający w dniu 14.09. br. opublikował na stronie internetowej pismo o symbolu SP ZOZ ZSM / ZP/230/31.1/2015, gdzie w odpowiedzi nr 2 zamieścił zmieniony opis przedmiotu zamówienia dla pozycji nr 3.

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości zaferowania rękawice lateksowych, o których mowa w pytaniu.

p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA


Henryk Kozik

