



CERTYFIKAT
ISO 9001:2008



SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
tel. (032) 3499115, faks (032) 2413952
NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410
Dział Zamówień Publicznych
tel. (032) 3499-298, faks (032) 3499-299
po godz. 15⁰⁰ faks (032) 3499119
e-mail: zp@zsm.com.pl., <http://www.zsm.com.pl>

SP ZOZ ZSM / ZP/230/5.2/2015

Chorzów, dnia 02.02.2015r.

Szanowni Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartość kwoty 207 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: **„Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku oraz produktów farmaceutycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na części”.**

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca zadał pytanie. Zamawiający przytacza poniżej treść i udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części zamówienia nr 2:
- poz.1 narzędzie o nazwie własnej Rochester-Ochsner, identyczne z wymaganym,



- poz.2 Kleszcze o dł. 170mm lub 190mm, pozostałe parametry bez zmian,
- poz.3 Podważki 2,0/10,0mm i dł. 220mm lub podważki 2,0/6,0mm i dł. 160mm, pozostałe parametry bez zmian,
- poz. 7 i 8 Deschamp o dł. 300mm, pozostałe parametry bez zmian,
- poz. 9 Młotek o śr.45mm i wadze 793g, pozostałe parametry bez zmian lub młotek Ombredanne o śr.40mm i wadze 770g lub młotek Kirk o tych samych parametrach,
- poz. 10 Młotek o śr.36mm i wadze 350g, pozostałe parametry bez zmian oraz młotek o śr.30mm i wadze 400g, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 1: dotyczy narzędzi ujętych w części zamówienia nr 2:

Ad. poz.1 Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania wyżej proponowanego narzędzia o nazwie własnej Rochester-Ochsner.

Ad. poz. 2 Zamawiający oczekuje dostawy asortymentu zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

Ad. poz. 3 Zamawiający dopuszcza podważki MINI-HOHMAN 2,0/6,0mm i dł 160 mm, pozostałe parametry b/z.

Ad. poz. 7 i 8 Zamawiający oczekuje dostawy asortymentu opisanego w SIWZ.

Ad. poz. 9 Zamawiający dopuszcza możliwość zarefowania młotka OMBREDANNE o średnicy 40 mm i wadze 770 g, ale nie wymaga.

Ad. poz. 10 Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania młotka o śr. 30 mm i wadze 400g, ale nie wymaga.

Pytanie nr 2: dotyczy części zamówienia nr 2 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści Młotek typu Health, o średnicy głowy Ø 30mm, waga ok. 700 gram o dł. 26 cm?

dotyczy części zamówienia nr 2 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści Młotek typu Willinger, o średnicy głowy Ø 28mm, waga ok. 340 gram o dł. 24 cm?

Odpowiedź nr 2: Zamawiający oczekuje dostawy asortymentu opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 3: Cześć zamówienia nr 2 poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie takiego samego młotka typ Willinger tylko o średnicy głowy 30 mm i wadze 400 gram zamiast śr. Głowy 36 mm i wadze 420 gram ?

Odpowiedź nr 3: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty zawierającej młotek o śr. 30mm i wadze 400 gr, ale nie wymaga.

Pytanie nr 4: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części zamówienia nr 7 płynu wieloelektrolitowego o składzie najbardziej zbliżonym do osocza:

Na /140 mmol/l; K/ 5 mmol/l; Mg /1,5 mmol/l; chlorki/98 mmol/l; ph 7,4; os molarność 295 mOsm/l; posiadającego podwójny układ buforowy (octan/glukonian), worek o pojemności 500 ml?

Odpowiedź nr 4: Zamawiający oczekuje zaoferowania i dostawy asortymentu opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 5: Dot. Części zamówienia nr 4:

- a) Poz. 1-3, 5 - Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie serwet wykonanych z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m² i odporności na przenikanie cieczy na poziomie min. 250 cm H₂O oraz odporności na wypychanie na poziomie min. 150kPa?
- b) Poz. 2,3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet w rozmiarze 90x150cm?
- c) Poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kamerę w rozmiarze 15x250cm złożonej harmonijkowo co ułatwia rozkładanie osłony?
- d) Poz. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 75x90cm?
- e) Poz. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony w kolorze niebieskim o odporności na przenikanie cieczy oraz wypychanie zgodnie z normą 13795?
- f) Poz. 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wykonanej z hydrofobowej gazy 17n 4w białej, w rozmiarze 45x45 z nitką RTG (niebieska) pakowana a1 w torebkę papierowo – foliową z trójdzieloną etykietą typu TAG?
- g) Poz. 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowce w rozmiarze 120x75cm z dwoma taśmami mocującymi 9x50cm?

Odpowiedź nr 5: Zamawiający oczekuje zaoferowania w ofercie przetargowej asortymentu opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 6: dotyczące treści projektu umowy:

1. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 4 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Strony dopuszczają jednak podwyższenie lub obniżenie cen netto w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy.”? Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.
2. Czy Kupujący zgadza się aby w § 9 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy na podstawie ust. 1 lit. c), d) lub e) Sprzedający pisemnie wezwie Kupującego do należytego wykonywania umowy.”? Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź nr 6: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy.

Ad. 1. Umowy w przedmiotowym postępowaniu obejmą okres ok. 11 – 10 miesięcy w związku z tym, Zamawiający oczekuje zagwarantowania niezmienności ceny ofertowej zgłoszonej przez Wykonawcę w przetargu.

Ad. 2. Zdaniem Zamawiającego zapisy dotyczące rozwiązania umowy są wystarczające. Wykonawca, który ocenia rozwiązanie umowy w ww. kategoriach będzie dbać o prawidłową i należytą realizację umowy bez dodatkowych ponagleń czy upomnień pisemnych.

Pytanie nr 7: Część zamówienia nr 2, pozycja nr 12:

Opis: Nożyczki preparacyjne Metzenbaum fino dł. 14 -15 cm końce tępe proste, natomiast na rysunku w specyfikacji są nożyczki typ Metzenbaum, ale końce tępe i zagięte.

Prosimy o wyjaśnienie, które nożyczki należy zaoferować w ofercie?

Odpowiedź nr 7: Zamawiający oczekuje zaoferowania nożyczek preparacyjnych z końcem tępy – prostym, tak jak opisano w SIWZ.